

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Số: 2016 /TB- BVĐHYHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá hàng hoá, dịch vụ phục vụ công tác
khám chữa bệnh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm các mặt hàng chi tiết như Phụ lục 3 kèm theo.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Bà Bùi Bích Phương, Chuyên viên Phòng Vật tư thiết bị - Quản trị, Phòng 511, tòa nhà A2, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. SĐT: 0977.039.598. Email: phuong.adele@gmail.com.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị - Quản trị, Phòng 511, tòa nhà A2, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 23 tháng 6 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 4 tháng 7 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 4 tháng 7 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hoá: Chi tiết trong Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các trang thiết bị y tế tại Phụ lục 03 kèm theo.
- Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản công cụ dụng cụ:
 - Giao hàng hóa tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, mọi chi phí vận chuyển do nhà cung cấp chịu.
 - Hàng hóa trong quá trình vận chuyển phải thực hiện theo quy định của nhà sản xuất.
 - Địa điểm nhận hàng: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Tổng thời gian giao hàng trong vòng ≤ 60 ngày kể từ ngày nhận đơn hàng.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Giá trị tạm ứng: Thanh toán theo giá trị từng đơn hàng.

- Giá trị thanh toán: 100% giá trị hợp đồng (khấu trừ toàn bộ giá trị đã tạm ứng)
- Phương thức thanh toán: chuyển khoản trong vòng 90 ngày tính từ ngày nhà thầu cung cấp đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

5. Các thông tin khác (nếu có):

*Lưu ý:

- Yêu cầu kỹ thuật nêu trong Phụ lục là các thông số yêu cầu tham khảo cơ bản để Bệnh viện xây dựng dự toán mua sắm.
- Công ty có thể chào loại hàng hóa **tương đương hoặc tốt hơn**. Tương đương được hiểu là giống nhau về tính năng, công dụng, chức năng.
- Kính đề nghị các công ty, các nhà cung cấp nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm theo hướng dẫn đã nêu tại các Phụ lục đính kèm thông báo này.
- Công ty chào giá $\geq 90\%$ mục hàng hóa trong từng bộ dụng cụ trong Phụ lục mời chào giá theo khả năng cung cấp của công ty.
- Cho phép công ty chào giải pháp kỹ thuật thay thế, được định nghĩa là giải pháp mà công ty chào bằng toàn bộ dụng cụ khác đảm bảo công năng sử dụng cho cả số đang mời trong gói thầu này và số các thành phần/ chi tiết đang có được mô tả ở cột hiện trạng.
- Đề nghị các công ty thực hiện lấy (các) file mẫu, thực hiện lập báo giá qua hệ thống hỗ trợ tại địa chỉ:
<https://sites.google.com/view/hmuh-vttbqt/qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-ch%C3%A0o-gi%C3%A1-v8>

hoặc quét mã QR phía dưới để truy cập.

Tài khoản truy cập guest@123 mật khẩu 121212.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTB-QT.



Nguyễn Thanh Bình

PHỤ LỤC 01

Các yêu cầu chung về lập báo giá

(Kèm theo Thông báo số 2016 /TB-BVĐHYHN ngày 23 tháng 6 năm 2025)

STT	Thông tin	Chỉ tiêu	Đánh giá đáp ứng kỹ thuật của Báo giá
	Công ty <u>phải</u> lập bảng đáp ứng tính năng chi tiết của hàng hóa do Công ty chào so với yêu cầu của Bệnh viện như <u>Mẫu 1</u> tại Phụ lục 02	Có bảng đáp ứng với đầy đủ thông tin yêu cầu	Đáp ứng
		Không có bảng đáp ứng hoặc bảng đáp ứng không có đầy đủ thông tin	Không đáp ứng
- Bệnh viện đánh giá giá mức độ đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa công ty chào dựa trên cơ sở Bảng kê khai thông số kỹ thuật - <u>do công ty tự kê khai</u> – tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung do công ty tự kê khai. Trường hợp cần thiết Bệnh viện sẽ yêu cầu làm rõ, công ty phải cung cấp tài liệu để chứng minh. - Yêu cầu kỹ thuật nêu trong Phụ lục 03 là các thông số yêu cầu tham khảo cơ bản để Bệnh viện xây dựng dự toán mua sắm. Công ty có thể chào loại hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn. - Trường hợp hàng hóa công ty chào <u>không đáp ứng đầy đủ các thông số yêu cầu, Bệnh viện đề nghị công ty vẫn thực hiện chào giá</u> và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng. Bệnh viện sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí kỹ thuật, giá chào của công ty. Nếu (các) yếu tố không đáp ứng không ảnh hưởng quá nhiều đến tính năng, công dụng của hàng hóa, Bệnh viện sẽ chấp thuận báo giá của công ty và điều chỉnh tiêu chí kỹ thuật yêu cầu tương ứng để phù hợp với thực tế hàng hóa trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và hiệu quả điều trị cho bệnh nhân.			
- Công ty cung cấp kèm theo Báo giá (các) kết quả trúng thầu <u>gần nhất</u> trong vòng 360 ngày (nếu có) của (các) trang trang thiết bị y tế tương tự đã chào giá cho Bệnh viện. - Trường hợp công ty có nhiều thiết bị, nhiều model cùng đáp ứng với nhiều mức giá khác nhau thì công ty làm cho mỗi thiết bị, mỗi model một bảng đáp ứng kỹ thuật, báo giá mỗi model riêng biệt.			

PHỤ LỤC 02

Mẫu 1: Bảng đáp ứng kỹ thuật

(Kèm theo Thông báo số 2016 /TB-BVĐHYHN ngày 23 tháng 6 năm 2025)

BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT HÀNG HÓA CHÀO GIÁ

Yêu cầu mời chào giá (Chi tiết tại Phụ lục 03)			Thông số kỹ thuật chào giá*			
STT TB mời chào giá	Tên hàng hóa mời chào giá	Tính năng kỹ thuật	Tên hàng hóa chào giá	Thông số kỹ thuật chào giá	Các điểm không đạt kèm thuyết minh	Tài liệu tham chiếu (nếu có)
...	...	...		Nêu các thông số kỹ thuật của hàng hóa tương ứng với các tính năng kỹ thuật yêu cầu	- Nêu rõ các thông số không đáp ứng của hàng hóa (nếu có) kèm theo thuyết minh/ lý giải - Trường hợp có công nghệ/ giải pháp kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu chuyên môn đề nghị thuyết minh cụ thể	<i>Công ty chỉ rõ tiêu chí kỹ thuật được tham chiếu từ mục nào, trang nào, thuộc tài liệu công ty cung cấp kèm theo báo giá để Bệnh viện dễ dàng tiếp cận được thông tin cần thiết</i>
...	...	...				
...	...	...				

Mẫu 2: Bảng chào giá
BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các trang thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT TB mời chào giá	Tên hàng hóa mời chào giá	Tên hàng hóa chào giá ⁽³⁾	Ký, mã, hiệu hàng hóa ⁽⁴⁾	Thông số kỹ thuật chào giá ⁽⁵⁾	Mã HS ⁽⁶⁾	Hãng sản xuất/Nước sản xuất ⁽⁷⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁸⁾	Quy cách ⁽⁹⁾	Đơn vị tính ⁽¹⁰⁾	Thuế, VAT (nếu có) ⁽¹²⁾ (%)	Đơn giá (đã bao gồm thuế phí, lệ phí và các dịch vụ liên quan (nếu có) ⁽¹³⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹⁴⁾ (VND)	Tiêu chuan ⁽¹⁵⁾	Đơn giá trung thầu gắn nhất ⁽¹⁶⁾ (VND)	Tài liệu tham chiếu đơn giá trung thầu gắn nhất ⁽¹⁷⁾
1	CCDC A														
2	CCDC B														
n	...														

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngày....tháng....năm.... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

1/1

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu trong đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các trang thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày....

tháng.....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹⁸⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 21.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại trang thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Tên dụng cụ” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên thương mại của trang thiết bị y tế tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Tên hàng hóa chào giá”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể ký hiệu, mã hiệu, model của trang thiết bị y tế tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế”.
- (5) Thông số kỹ thuật từng hàng hóa chào giá
- (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng trang thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể hãng sản xuất của trang thiết bị y tế tương ứng với chủng loại trang thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị y tế”.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể quy cách của trang thiết bị y tế
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn vị tính của trang thiết bị y tế
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng trang thiết bị y tế hoặc toàn bộ trang thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tỷ lệ thuế giá trị gia tăng (%) (nếu có) cho từng trang thiết bị y tế
- (13) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị đơn giá của từng trang thiết bị y tế (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (14) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng trang thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng trang thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
- Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(15) Công ty liệt kê (các) tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo, tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa (ưu tiên liệt kê tiêu chuẩn cao trước, thấp hơn sau) ví dụ như: FDA/PMDA/CE/ARTG/ISO13485/ hoặc tương đương, ...; trường hợp có các tiêu chuẩn đặc thù thể hiện chất lượng tốt hơn thì liệt kê kèm theo (các) tài liệu chứng minh; Việc này rất quan trọng trong đánh giá chất lượng hàng hóa chào giá và xác định giá dự toán.

(16) Công ty điền đơn giá trúng thầu gần nhất trong vòng 360 ngày (nếu có) của (các) trang trang thiết bị y tế tương tự đã chào giá cho Bệnh viện.

(17) Công ty điền loại văn bản; số văn bản; ngày văn bản và tên cơ sở y tế ban hành văn bản

VD: Hợp đồng số 12/HĐ-XX ngày 01/03/2023 ký với Bệnh viện...../ Quyết định phê duyệt kết quả thầu số 11/QĐ-BV ngày 15/03/2023 của Bệnh viện.....

(18) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu

quốc gia bằng chứng thu số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

PHỤ LỤC 03

**Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của
công cụ dụng cụ**

(Kèm theo Thông báo số 2016 /TB-BVĐHYHN ngày 23 tháng 6 năm 2025)

STT	Hạng mục	Mô tả	SL	Đơn vị	Nhóm chuyên khoa
1	Ống kính soi hướng nhìn 30 độ, đường kính khoảng 5.0 mm	Yêu cầu kỹ thuật: Ống kính soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính khoảng 5.0mm, chiều dài làm việc trong khoảng 25cm đến 30cm. Yêu cầu khác: Ống kính tương thích với camera nội soi hãng Karl Storz hiện có tại bệnh viện. Xuất xứ: từ một trong các quốc gia thuộc Châu Âu hoặc G7.	6	Cái	Tiêu hóa
2	Ống kính soi hướng nhìn 30 độ, đường kính khoảng 10 mm	Yêu cầu kỹ thuật: Ống kính soi, hướng nhìn 30 độ, đường kính khoảng 10mm, chiều dài làm việc trong khoảng 25cm đến 35cm Yêu cầu khác: Ống kính tương thích với camera nội soi hãng Karl Storz hiện có tại bệnh viện. Xuất xứ: từ một trong các quốc gia thuộc Châu Âu hoặc G7.	10	Cái	Tiêu hóa
3	Ống soi tán sỏi qua da 12Fr	Yêu cầu kỹ thuật: Ống soi tán sỏi thận qua cỡ 12Fr - Thân ống cỡ 12Fr - Có kênh làm việc cỡ $\geq 5\text{Fr}$. - Hướng nhìn trong khoảng từ 11 độ đến 12 độ, chiều dài $\geq 20\text{ cm}$ Yêu cầu khác: Ống kính tương thích với camera nội soi hãng Karl Storz hiện có tại bệnh viện. Xuất xứ: từ một trong các quốc gia thuộc Châu Âu hoặc G7.	1	Cái	Tiết niệu

4	Ống kính soi niệu quản cỡ nhỏ	Yêu cầu kỹ thuật: Ống kính soi niệu quản cỡ nhỏ Ống soi niệu quản cỡ từ 6 đến 7.5 Fr. - Đầu chóp của ống tròn nhẵn không gây tổn thương niệu quản - Có 2 kênh bên tạo dòng tưới rửa liên tục. - Thân ống cỡ trong khoảng từ 7Fr đến 8 Fr, đầu ống cỡ từ 6Fr đến 7 Fr. - Hướng nhìn trong khoảng từ 5 độ đến 6 độ, chiều dài trong khoảng từ 40 cm đến 45cm - Có kênh làm việc cỡ ≥ 4 Fr Yêu cầu khác: Ống kính tương thích với camera nội soi hãng Karl Storz hiện có tại bệnh viện. Xuất xứ: từ một trong các quốc gia thuộc Châu Âu hoặc G7.	4	Cái	Tiết niệu
5	Ống kính soi niệu quản cỡ lớn, ngắn	Yêu cầu kỹ thuật: Ống kính soi niệu quản cỡ lớn, ngắn - Ống soi niệu quản cỡ trong khoảng từ 8 đến <10Fr. - Đầu chóp của ống tròn nhẵn không gây tổn thương niệu quản - Có 2 kênh bên tạo dòng tưới rửa liên tục. - Thân ống cỡ ≥ 9.5 Fr, đầu ống cỡ 8 Fr. - Hướng nhìn 6 độ, chiều dài trong khoảng từ 30 cm đến 35cm - Có kênh làm việc cỡ ≥ 5 Fr Yêu cầu khác: Ống kính tương thích với camera nội soi hãng Karl Storz hiện có tại bệnh viện. Xuất xứ: từ một trong các quốc gia thuộc Châu Âu hoặc G7.	4	Cái	Tiết niệu



6	Ống kính soi niệu quản cỡ lớn, dài	Yêu cầu kỹ thuật: Ống kính soi niệu quản cỡ lớn, dài - Ống soi niệu quản cỡ trong khoảng từ 8 đến <10Fr. - Đầu chóp của ống tròn nhẵn không gây tổn thương niệu quản - Có 2 kênh bên tạo dòng tưới rửa liên tục. - Thân ống cỡ ≥ 9.5 Fr, đầu ống cỡ 8 Fr. - Hướng nhìn trong khoảng từ 6 độ đến 12 độ, chiều dài trong khoảng từ 40 cm đến 45cm - Có kênh làm việc cỡ ≥ 5 Fr Yêu cầu khác: Ống kính tương thích với camera nội soi hãng Karl Storz hiện có tại bệnh viện. Xuất xứ: từ một trong các quốc gia thuộc Châu Âu hoặc G7.	4	Cái	Tiết niệu
---	--	---	---	-----	-----------