

Số: 777/TTYT
V/v mời báo giá mua sắm thiết bị phục vụ công
tác bảo quản thuốc, vắc xin (lần 2)

Đan Phượng, ngày 04 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ

Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm thiết bị phục vụ công tác bảo quản thuốc, vắc xin với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng
- Địa chỉ: Thị trấn Phùng- huyện Đan Phượng- TP Hà Nội
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết
- Chức vụ: nhân viên phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ
- Số điện thoại: 0433.635.124
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận qua đường bưu điện.
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ- Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng- Thị trấn Phùng- Huyện Đan Phượng- TP Hà Nội.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 04 tháng 11 năm 2024 đến 14h00 ngày 14 tháng 11 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 13 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về cấu hình, tính năng kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm cung cấp, lắp đặt	Dự kiến ngày hoàn thành
-----	----------	--	------------	-------------	----------------------------	-------------------------

1	Tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng	Tại phụ lục kèm theo	06	Chiếc	Các trạm y tế xã, thị trấn	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Thiết bị cảnh báo từ xa	Tại phụ lục kèm theo	17	Hệ thống	Các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
3	Nhiệt ẩm kế tự ghi	Tại phụ lục kèm theo	5	Chiếc	Các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
4	Chỉ thị đồng bằng	Tại phụ lục kèm theo	15	Chiếc	Các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn	Tối đa 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

2. Các thông tin khác

- Các đơn vị có thể báo giá một phần hoặc toàn bộ danh mục.
- Báo giá đã bao gồm thuế, các chi phí liên quan và phí lưu trữ dữ liệu, duy trì hoạt động thiết bị hàng năm (nếu có).

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của Quý đơn vị. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHN. /



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu Trang

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 777/TTYT ngày 04/11/2024 của TTYT huyện Đan Phượng)

I. Tủ bảo quản vắc xin chuyên dụng**1. Yêu cầu chung**

- Thiết bị sản xuất năm 2023 trở về sau.
- Chất lượng mới 100%.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương
- Đạt chứng chỉ CE, WHO/PQS
- Nguồn điện: 220V/50Hz ($\pm 10\%$)
- Môi trường hoạt động: phù hợp với môi trường Việt Nam
- Đạt tiêu chuẩn chống đông băng loại A

2. Yêu cầu cấu hình

- Thân máy chính: 01. (Tủ chính)
- Bộ ghi nhiệt: 01
- Số lượng giỏ: ≥ 1
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ

3. Chỉ tiêu kỹ thuật

- Dung tích: ≤ 82.5 lít
- Dải nhiệt độ điều khiển: $2 \sim 8^{\circ}\text{C}$
- Độ ồn: ≤ 50 dB
- Bảng hiển thị: màn hình LED
- Điều khiển: Bộ điều khiển vi xử lý
- Môi chất lạnh: không chứa CFC
- Cảnh báo: lỗi nhiệt độ, cảm biến.
- Có khóa cửa an toàn

4. Các yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.

- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
 - Thời gian lắp đặt: ≤ 10 ngày kể từ ngày hàng hóa được tập kết tại nơi lắp đặt.

- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng.

- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.

- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng dưới 48h.

- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng

II. Thiết bị cảnh báo từ xa**1. Yêu cầu chung**

- Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau.

- Chất lượng mới 100%.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
- Môi trường hoạt động: phù hợp với môi trường Việt Nam

2. Cấu hình cung cấp:

- Nguồn, thiết bị chính, đầu dò cảm biến, còi báo động, sẵn sim sử dụng ngay

3. Chỉ tiêu kỹ thuật

- Cảnh báo nhiệt độ hoặc các sự cố khác đồng thời bằng các hình thức: hú còi, gửi tin nhắn SMS qua điện thoại, cảnh báo qua cuộc gọi.
- Dải đo nhiệt: chứa khoảng nhiệt từ - 40 đến +65 độ C, cho phép đặt ngưỡng mức trên và dưới, khi vượt qua ngưỡng thì cảnh báo bằng hú còi tại chỗ, gửi tin nhắn SMS qua điện thoại, cảnh báo qua cuộc gọi.
- Lưu trữ dữ liệu cài đặt và dữ liệu lấy mẫu, có thể kiểm tra hoặc trích xuất dữ liệu.
- Cảnh báo từ xa: qua điện thoại (ít nhất 01 số), SMS tin nhắn đến số điện thoại được cài đặt.
- Điện áp 220V/50Hz ($\pm 10\%$).

- Có khe cắm sim card, kèm sẵn sim.

4. Các yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành: Bảo trì theo quy định của nhà sản xuất.
- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Thời gian lắp đặt: ≤ 10 ngày kể từ ngày hàng hóa được tập kết tại nơi lắp đặt.
- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành, bảo quản cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản cho nhân viên tại nơi sử dụng.
- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các linh kiện thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.
- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng dưới 48h.

III. Nhiệt ẩm kế tự ghi

1. Yêu cầu chung

- Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau.
- Chất lượng mới 100%.
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
- Môi trường hoạt động phù hợp Việt Nam

2. Cấu hình cung cấp:

Thiết bị chính, pin dễ dàng thay thế, cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm.

3. Chỉ tiêu kỹ thuật

- Phạm vi đo nhiệt độ trong khoảng: -40 °C - 85 °C
- Độ chính xác: $\pm 0,5$ độ C (-20°C đến 40°C); $\pm 1^\circ\text{C}$ (ở nhiệt độ khác)

- Phạm vi đo độ ẩm: Từ $\leq 10\%$ đến $\geq 99\%$ RH
- Độ phân giải nhiệt độ 0.1°C , độ ẩm 0.1% RH
- Kết nối dữ liệu: USB/wifi
- Màn hình hiển thị: LED hoặc LCD

4. Các yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian lắp đặt: ≤ 10 ngày kể từ ngày hàng hóa được tập kết tại nơi lắp đặt.
- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng.
- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng dưới 48h.
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, đảm bảo trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

IV. Chỉ thị đồng băng

1. Yêu cầu chung

- Thiết bị sản xuất năm 2024 trở về sau.
- Chất lượng mới 100%.
- Đạt tiêu chuẩn WHO
- Môi trường hoạt động phù hợp VN

2. Cấu hình cung cấp:

01 thiết bị hoàn chỉnh, sẵn sàng sử dụng ngay.

3. Chỉ tiêu kỹ thuật

- Phạm vi đo nhiệt độ: -20°C đến $+55^{\circ}\text{C}$
- Thiết lập cảnh báo: 0°C
- Thời gian cảnh báo: 60 phút dưới 0°C
- Thời gian đo nhiệt độ: 2 phút

4. Các yêu cầu khác

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng.
- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
- Thời gian lắp đặt: ≤ 10 ngày kể từ ngày hàng hóa được tập kết tại nơi lắp đặt.
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, đảm bảo trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

