

Số: 93 /QĐ-TTYT

Đan Phượng, ngày 28 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục, số lượng sửa chữa máy xét nghiệm sinh hóa tự động và Nồi hấp của các đơn vị trực thuộc Trung tâm y tế huyện Đan Phượng

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

Căn cứ Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 5470/QĐ-SYT ngày 16/12/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hà Nội;

Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ, dự toán năm 2024;

Căn cứ biên bản họp ngày 22/02/2024 của Hội đồng xét duyệt danh mục kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị Trung tâm y tế Đan Phượng về việc thống nhất danh mục, số lượng sửa chữa máy xét nghiệm sinh hóa tự động và nồi hấp của các đơn vị trực thuộc Trung tâm y tế huyện Đan Phượng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục, số lượng sửa chữa máy xét nghiệm sinh hóa tự động và nồi hấp của các đơn vị trực thuộc Trung tâm y tế huyện Đan Phượng (có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ danh mục được phê duyệt, Hội đồng mua sắm, Phòng Kế hoạch nghiệp vụ và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng mua sắm; Hội đồng xét duyệt danh mục, kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị; Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ và các phòng ban liên quan của Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, KHNV.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu Trang

Phụ lục: danh mục, số lượng sửa chữa máy xét nghiệm sinh hóa tự động và nồi hấp của các đơn vị trực thuộc Trung tâm y tế huyện Đan Phượng
(Kèm theo QĐ số 93 /QĐ-TTYT ngày 28 /02/2024 của TTYT huyện Đan Phượng)

STT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
I	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Model: A25 Hãng sản xuất: Biosystems Nước sản xuất: Tây Ban Nha			
1	Thay thế dây curoa	Chiếc	01	
2	Thay thế bóng đèn 12V- 20W	Chiếc	01	
II	Nồi hấp Model: ES215 Hãng sản xuất: Tommy Nước sản xuất: Nhật Bản			
1	Sửa bảng mạch	Chiếc	01	