

Số: 129/YCBG-BVTH

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thận Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng cấu hình và giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Dự toán: “Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2024 của Bệnh viện Thận Hà Nội” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Thận Hà Nội.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: KS. Trương Đăng Thìn - KS Phòng Vật tư Thiết bị Y tế - 0354759700.
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế, Bệnh viện Thận Hà Nội, Số 70 Nguyễn Chí Thanh - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.
 - Nhận qua email: bvthhn@hanoi.gov.vn
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 12 tháng 6 năm 2024 đến trước 16h ngày 24 tháng 6 năm 2024.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế

STT	Danh mục	Khối lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
1	Máy Thận nhân tạo	15	Máy	Chi tiết cấu hình, tính năng cơ
2	Máy theo dõi bệnh nhân (≥ 5 thông số)	06	Máy	

3	Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát (2 tấm cảm biến)	01	Máy	bản ở phụ lục đính kèm
4	Đồng hồ kiểm chuẩn máy thận nhân tạo	01	Cái	

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Thận Hà Nội, Số 70 Nguyễn Chí Thanh - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

5. Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Đăng ký kinh doanh; Tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế; Số điện thoại/Email của đại diện đơn vị báo giá;
- Báo giá;
- Catalogue, cấu hình và tính năng kỹ thuật của thiết bị và các tài liệu khác liên quan.

Giá chào phải bao gồm tất cả các loại phí, thuế với Nhà nước, đơn giá chào là Việt Nam đồng.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTBYT



GIÁM ĐỐC

Phan Tùng Linh

Phụ lục
CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRANG
BỊ BẢNG VỐN NSNN NĂM 2024

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 129 /YCBG-BVTH ngày 12 tháng 6 năm 2024)

I. Máy Thận nhân tạo

1. Yêu cầu chung
Sản xuất từ năm 2024 trở đi
Thiết bị mới 100%
Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485 hoặc tương đương
2. Yêu cầu về cấu hình
Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 Cái
Bộ dây nối với dịch lọc A, B: 01 Bộ
Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 Bộ
Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 Bộ
Cây treo dịch truyền/Cọc đỡ dịch mồi: 01 Cái
Giá đỡ quả lọc: 01 Cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Việt: 01 Bộ
3. Các yêu cầu khác
Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng
Trong thời gian bảo hành nếu máy có sự cố, yêu cầu: + Đơn vị cung cấp phải có mặt khắc phục sự cố trong vòng 24 giờ + Nếu sau 48 giờ không giải quyết được sự cố thì thời gian máy ngừng hoạt động sẽ được tính bù vào thời gian bảo hành
Thiết bị phải được kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng
Đảm bảo cung cấp báo giá linh kiện thay thế và sửa chữa: 8 năm sau bảo hành
Cam kết Hướng dẫn đào tạo vận hành thành thạo cho bác sỹ, đào tạo bảo dưỡng, sửa chữa cho cán bộ kỹ thuật
Có Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

II. Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát

1. Yêu cầu chung
Sản xuất từ năm 2024 trở đi
Thiết bị mới 100%
Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485 hoặc tương đương
2. Yêu cầu về cấu hình
Máy chính và phụ kiện: 01 máy
Tủ điều khiển và nguồn phát cao tần: 01 cái
Bàn bệnh nhân cố định, mặt bàn di chuyển 4 hướng: 01 cái

Giá chụp phổi Bucky: 01 cái
Cột bóng gắn sàn tường: 01 cái
Bóng phát tia X: 01 cái
Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 cái
Tấm cảm biến phẳng: 02 cái
Trạm điều khiển và thu ảnh số hóa: 01 bộ
Máy in r hình khô: 01 cái
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Tiếng Việt: 01 bộ
3. Các yêu cầu khác
Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng
Trong thời gian bảo hành nếu máy có sự cố, yêu cầu: + Đơn vị cung cấp phải có mặt khắc phục sự cố trong vòng 24 giờ + Nếu sau 48 giờ không giải quyết được sự cố thì thời gian máy ngừng hoạt động sẽ được tính bù vào thời gian bảo hành
Thiết bị phải được kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng
Đảm bảo cung cấp báo giá linh kiện thay thế và sửa chữa: 8 năm sau bảo hành
Cam kết Hướng dẫn đào tạo vận hành thành thạo cho bác sỹ, đào tạo bảo dưỡng, sửa chữa cho cán bộ kỹ thuật
Có Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

III. Máy theo dõi bệnh nhân (≥ 05 thông số)

1. Yêu cầu chung
Sản xuất từ năm 2024 trở đi
Thiết bị mới 100%
Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn CE hoặc ISO 13485 hoặc tương đương
2. Yêu cầu về cấu hình
Máy chính và các phụ kiện chuẩn: 01 Bộ
Dây nguồn: ≥ 01 cái
Dây nối cáp điện tim: ≥ 01 cái
Cáp điện tim ECG 3 điện cực: ≥ 01 cái
Cảm biến đo SpO2 dùng nhiều lần cho người lớn: ≥ 01 cái
Cáp nối dài cho cảm biến SpO2: ≥ 01 cái
Cảm biến đo nhiệt độ qua da, dùng nhiều lần: ≥ 01 cái
Dây kết nối bao đo huyết áp không xâm lấn: ≥ 01 cái
Bao đo huyết áp không xâm lấn cho người lớn dùng nhiều lần: ≥ 01 cái
Máy in nhiệt tích hợp: ≥ 01 chiếc
Giấy in nhiệt: ≥ 01 cuộn
Pin sạc nhiều lần: ≥ 01 chiếc
Xe đẩy sản xuất tại Việt nam: ≥ 01 cái

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: ≥ 01 bộ
3. Các yêu cầu khác
Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng
Trong thời gian bảo hành nếu máy có sự cố, yêu cầu: + Đơn vị cung cấp phải có mặt khắc phục sự cố trong vòng 24 giờ + Nếu sau 48 giờ không giải quyết được sự cố thì thời gian máy ngừng hoạt động sẽ được tính bù vào thời gian bảo hành
Thiết bị phải được kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng
Đảm bảo cung cấp báo giá linh kiện thay thế và sửa chữa: 8 năm sau bảo hành
Cam kết Hướng dẫn đào tạo vận hành thành thạo cho bác sỹ, đào tạo bảo dưỡng, sửa chữa cho cán bộ kỹ thuật
Có Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương

IV. Đồng hồ kiểm chuẩn máy thận nhân tạo

1. Yêu cầu chung
Sản xuất từ năm 2024 trở đi
Thiết bị mới 100%
Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn CE/ISO 13485 hoặc tương đương
Sử dụng để đo các thông số của máy thận nhân tạo: độ dẫn điện, áp suất, nhiệt độ, pH, lưu lượng
2. Yêu cầu về cấu hình
Máy chính và phần mềm đi kèm: 01 cái
Bộ sạc pin: 01 bộ
Cảm biến đo độ dẫn/nhiệt độ: ≥ 01 chiếc
Cảm biến đo áp suất: ≥ 01 chiếc
Cảm biến đo lưu lượng: ≥ 01 chiếc
Cảm biến đo pH: ≥ 01 chiếc
Cáp giao diện cho cảm biến: ≥ 01 chiếc
Vali đựng máy
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/Tiếng Việt: 01 bộ
3. Các yêu cầu khác
Thời gian bảo hành tối thiểu: 12 tháng
Trong thời gian bảo hành nếu máy có sự cố, yêu cầu: + Đơn vị cung cấp phải có mặt khắc phục sự cố trong vòng 24 giờ + Nếu sau 48 giờ không giải quyết được sự cố thì thời gian máy ngừng hoạt động sẽ được tính bù vào thời gian bảo hành
Thiết bị phải được kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng
Đảm bảo cung cấp báo giá linh kiện thay thế và sửa chữa: 8 năm sau bảo hành

Cam kết Hướng dẫn đào tạo vận hành thành thạo cho bác sỹ, đào tạo bảo dưỡng, sửa chữa cho cán bộ kỹ thuật

Có Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương