

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN THẬN
Số: 157 /TM-BVTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2024

THƯ MỜI

Mời chào giá vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn
tại Nhà thuốc Bệnh viện Thận Hà Nội

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Thận Hà Nội (bệnh viện) xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng.

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, hiện nay Bệnh viện Thận Hà Nội đang có nhu cầu mua sắm một số vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn tại Nhà thuốc Bệnh viện.

Để triển khai thực hiện việc mua sắm đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả và đảm bảo cung cấp kịp thời vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn, Bệnh viện có nhu cầu tham khảo giá một số vật tư y tế (danh mục hàng hóa đính kèm).

Kính đề nghị Quý Công ty gửi cho Bệnh viện hồ sơ chào giá hàng hóa theo danh mục gửi kèm. Quý công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về hồ sơ chào giá cung cấp cho Bệnh viện.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

- Thời gian: trước 17h ngày 13/11/2024.
- Địa điểm: Khoa Dược, Bệnh viện Thận Hà Nội, số 70 đường Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Yêu cầu hồ sơ chào giá:

1. Đăng ký kinh doanh, hồ sơ công bố đủ điều kiện mua và bán trang thiết bị y tế.
2. Báo giá

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HSDT.



Phan Tùng Linh

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ CUNG ỨNG CẤP BÁCH PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
TẠI NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NĂM 2024

(Kèm theo Thư mời số: 157 /TM-BVTH ngày 04 tháng 11 năm 2024 của Bệnh viện Thân Hà Nội)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm VAT)	Thành tiền (đã bao gồm VAT)
1	Dây dẫn máu dùng cho kỹ thuật lọc huyết tương, sử dụng tương thích với Máy lọc huyết tương Plasauto EZ	Tối thiểu đạt: Chất liệu bằng Polypropylene hoặc tương đương, bao gồm 4 nhánh, nhánh động mạch tương ứng với bơm máu (BP), nhánh tĩnh mạch tương ứng với bơm thay thế (RP), nhánh lọc tương ứng với bơm lọc (FP), nhánh xả tương ứng với bơm xả (DP), nhánh ngăn để kiểm soát áp lực, nhánh tĩnh mạch để đưa máu trở về cơ thể, dây máu có 3 buồng, buồng động mạch, tĩnh mạch và huyết tương, có màng lọc trong buồng tĩnh mạch để ngăn ngừa cục máu đông, nhánh động mạch có đệm trước khi vào bơm máu để quan sát dòng chảy, ngoài ra còn 1 nhánh nối với syringe chứa thuốc chống đông. Dùng cho kỹ thuật lọc huyết tương với hai quả lọc. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.	Bộ	3	-	-
2	Quả lọc huyết tương sử dụng tương thích với Máy lọc huyết tương Plasauto EZ	Tối thiểu đạt: - Màng lọc sợi rỗng: chất liệu Ethylene vinyl alcohol copolymer hoặc tương đương, đường kính trong khoảng 175µm, độ dày thành khoảng 40µm. - Diện tích bề mặt $\geq 2,0m^2$, thể tích mỗi $\leq 150ml$ - Phương pháp tiệt trùng: bằng bức xạ - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.	Quả	3	-	-
	Tổng: 02 khoản			.		-

Tổng số: 02 mặt hàng

