

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN THẬN
Số: 832/TM-BVTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI

Mời chào giá vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn
tại Bệnh viện Thận Hà Nội

Kính gửi: Quý công ty

Bệnh viện Thận Hà Nội (bệnh viện) xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng.

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động khám, chữa bệnh tại Bệnh viện, hiện nay Bệnh viện Thận Hà Nội đang có nhu cầu mua sắm một số vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025.

Để triển khai thực hiện việc mua sắm đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả và đảm bảo cung cấp kịp thời vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn, Bệnh viện có nhu cầu tham khảo giá vật tư y tế (danh mục hàng hóa đính kèm).

Kính đề nghị Quý Công ty gửi cho Bệnh viện hồ sơ chào giá hàng hóa theo danh mục gửi kèm. Quý công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm về hồ sơ chào giá cung cấp cho Bệnh viện.

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

- Thời gian: trước 17h ngày 10/06/2025 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Khoa Dược, Bệnh viện Thận Hà Nội, số 70 đường Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Yêu cầu hồ sơ chào giá:

1. Đăng ký kinh doanh, hồ sơ công bố đủ điều kiện mua và bán trang thiết bị y tế.
2. Báo giá

Trân trọng cảm ơn! ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HSĐT_(Hoa).



Phan Tùng Linh

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ CUNG ỨNG CẤP BÁCH PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM 2025
TẠI BỆNH VIỆN THẬN HÀ NỘI

(Kèm theo Thư mời số 882 /TM-BVTH ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Bệnh viện Thận Hà Nội)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Catherter 2 nòng có Cuff dùng trong chạy thận nhân tạo (Catheter đường hầm dùng trong chạy thận nhân tạo	Catheter đường hầm 2 nòng dùng trong lọc máu - Chất liệu Carbothane hoặc tương đương, có thể tương thích với cồn và iot, đường kính 14.5Fr. Kích thước: dài 24-55cm, từ đầu Tip đến Cuff dài 19-50cm. - Thiết kế thân thẳng và có thể uốn cong, tốc độ lưu thông $\geq 500\text{ml/phút}$, Thiết kế nòng double “D”. Đầu catheter thiết kế lệch nhau có đầu động mạch và đầu tĩnh mạch cách nhau khoảng 3cm; đầu động mạch dạng chẻ góc. - 1 Bộ tối thiểu có 1 Catheter, 1 Kim hướng dẫn 1 Dây dẫn đường đầu chữ J kích thước khoảng 0.035’’×70cm hoặc 100cm 2 Que nong 1 Dao 1 dụng cụ tạo đường hầm 1 thông luồn catheter 15Fr có van khóa khí 2 nắp đậy catheter - Tiệt khuẩn, đóng gói vô trùng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.	Bộ	19
	Tổng: 01 khoản			

Tổng số: 01 mặt hàng *Đ*

