

Số: 1342/YCBG-BVTH

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Thận Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự toán mua sắm vật tư tiêu hao đợt 4 năm 2025, 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Thận Hà Nội
Địa chỉ: Số 70, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Thành phố Hà Nội.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Dược sĩ Nguyễn Thị Tuyết Trinh, nhân viên Khoa dược, SĐT: 0394913558
Email: bvthnkhoaduoc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp qua Văn thư, Phòng Hành chính-Tổ chức, Bệnh viện Thận Hà Nội, Số 70, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Thành phố Hà Nội. Tất cả tài liệu gửi trực tiếp được đóng trong bao bì, bên ngoài ghi rõ: "Báo giá hóa chất, vật tư tiêu hao đợt 4 năm 2025, 2026" và ghi đầy đủ thông tin bên gửi, bên nhận.
- Nhận báo giá qua email: bvthhn@hanoi.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19 tháng 08 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 29 tháng 08 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 29 tháng 08 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hóa chất, vật tư yêu cầu báo giá: Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm
- Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản hàng hóa:
 - Cung cấp hàng hóa tại Kho vật tư, Bệnh viện Thận Hà Nội, Số 70, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Thành phố Hà Nội.
 - Công ty đảm bảo điều kiện vận chuyển, bảo quản hàng hóa theo quy định của nhà sản xuất.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Giao hàng làm nhiều đợt theo đơn đặt hàng của bệnh viện.
- Dự kiến các điều khoản thanh toán hợp đồng:
 - Đồng tiền thanh toán: VND.
 - Thanh toán: Theo số lượng hàng xuất thực tế từng đợt cho Bệnh viện.
 - Phương thức thanh toán: chuyển khoản.
- Các thông tin khác:
 - Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật
 - Báo giá: Yêu cầu bản gốc, ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh của người đại diện hợp pháp.
 - Hồ sơ báo giá bao gồm:
 - + Báo giá: Mẫu số 01
 - + Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá: Mẫu số 02

- + Tài liệu kỹ thuật liên quan hàng hóa báo giá: Gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác
- + Quyết định trúng thầu, hợp đồng cung cấp hàng hóa cho các đơn vị đã ký trong thời gian 12 tháng tính từ ngày ký báo giá trở về trước (nếu có). *Q*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HSĐT_(Trình)



Phan Tùng Lĩnh

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 1342 /YCBG-BVTH ngày 19 tháng 08 năm 2025 của Bệnh viện Thận Hà Nội)

TT	TT theo phần	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		PHẦN 1. VẬT TƯ TIÊU HAO DÙNG TRONG THẬN NHÂN TẠO					
1	1	Dây truyền máu dùng cho lọc thận	Tối thiểu đạt: Bộ dây gồm 2 phần 1. Dây động mạch: Tổng chiều dài từ 3.600-3.900mm; Ống bơm (Pump tube) kích thước khoảng 8*12*350mm. Bầu chứa: OD: 18-30mm 2. Dây tĩnh mạch: Tổng chiều dài từ 2.600-2.900mm. Bầu chứa: OD: 18-30mm. Có lưới lọc bên trong bầu. 3. Có 2 phin lọc khí 4. Dây máu chủ yếu làm bằng nhựa PVC hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. Thể tích làm đầy từ 150-160ml. Tiệt trùng bằng hơi nước/khí ETO. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Túi 1 bộ	Bộ	60.000	
2	2	Dây truyền máu dùng cho lọc thận	Tối thiểu đạt: Bộ dây gồm 2 phần 1. Dây động mạch: Tổng chiều dài từ 3.600-3.900mm; Ống bơm (Pump tube) kích thước khoảng 8*12*350mm. Bầu chứa: OD: 18-30mm 2. Dây tĩnh mạch: Tổng chiều dài từ 2.600-2.900mm; Bầu chứa: OD: 18-30mm. Có lưới lọc bên trong bầu. 3. Có 2 phin lọc khí 4. Dây máu chủ yếu làm bằng nhựa PVC hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. Thể tích làm đầy từ 155-165ml. Tiệt trùng bằng hơi nước/khí ETO. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Túi 1 bộ	Bộ	100.000	
3	3	Dây truyền máu dùng cho lọc thận	Tối thiểu đạt: Bộ dây gồm 2 phần 1. Dây động mạch: Tổng chiều dài từ 3.600-3.900mm; Ống bơm (Pump tube) kích thước khoảng 8*12*400 mm. Bầu chứa: OD: 18-30mm. 2. Dây tĩnh mạch: Tổng chiều dài từ 2.600-2.900mm; Bầu chứa: OD: 18-30mm. Có 1 phin lọc khí. Có lưới lọc bên trong bầu. 3. Dây máu chủ yếu làm bằng nhựa PVC hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. Thể tích làm đầy từ 150-180mL. Tiệt trùng bằng hơi nước/khí ETO. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Túi 1 bộ	Bộ	40.000	
4	4	Bộ dây lọc máu dùng cho kỹ thuật HDF online	Tối thiểu đạt: Sử dụng tương thích với máy HDF online 5008s hoặc tương đương. 1 bộ dây bao gồm: Dây động mạch, dây tĩnh mạch, dây safeline Thể tích làm đầy: Từ 130-135 ml. Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn dùng trong y tế. Không chứa DEHP. Tiệt trùng bằng tia Beta. Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. Xuất xứ: Châu Âu.	Túi 1 bộ	Bộ	8.000	

TH
BẾ
T
/c
//

TT	TT theo phần	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
5	5	Kim Fistula 16G (AVF)	Tối thiểu đạt: * Kim AVF: Kim được làm bằng thép không gỉ SUS 304 hoặc tương đương, kích thước 16G x 25mm, thành mỏng, sắc. Đường kính trong kim: Khoảng 1,45mm; đường kính ngoài kim: Khoảng 1,60mm. Đầu kim 3 mặt vát hình chữ V, mặt sau có khe mắt (lỗ Back eye). Thành kim siêu mỏng phủ silicone hoặc tương đương * Dây gắn với kim (AVF Tube) - Dây chất liệu PVC hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn y tế, không chứa PYROGENIC và không LATEX - Chiều dài dây nối: 300mm - Đường kính trong dây khoảng: 3,5mm - Đường kính ngoài dây khoảng: 5,5mm - Cánh bướm xoay 360 độ. Trên cánh có gờ chống trượt anti-slip. Đầu nối phù hợp với mọi loại dây chạy thận nhân tạo. Tiệt trùng bằng ETO. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	1 cái/bao	Cái	54.500	
PHẦN 2. VẬT TƯ TIÊU HAO PHÒNG MỒ							
6	1	Khẩu trang phẫu thuật	Khẩu trang giấy kháng khuẩn 4 lớp gồm 03 lớp vải không dệt 3S và ở giữa là các lớp lọc kháng khuẩn, quai đeo mềm không gây kích ứng da. Hiệu suất lọc > 90%. Đóng 1 cái/1 túi, tiệt trùng kín bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Túi 1 cái	Cái	10.000	
7	2	Mũ phẫu thuật	Nguyên liệu vải không dệt cao cấp Màu xanh đồng đều, không loang bầm, không dính tạp chất. Không kích ứng da Độ co giãn tốt. Đóng gói đơn chiếc. Tiệt trùng bằng EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Gói 1 cái	Cái	10.200	
8	3	Sonde JJ 6 tháng các số	Sonde có hai đầu cong đặt trong niệu quản, có lớp phủ Polyurethane hoặc tương đương, kháng tia bức xạ, được sử dụng để thoát dịch tạm thời từ khúc nối bể thận - niệu quản đến bàng quang, chiều dài khoảng 26 cm, đường kính các cỡ 3F, 4F, 5F, 6F, 6.5F, 7F, 8F. Mỗi sản phẩm được bảo quản trong túi 01 Nilon tiệt trùng, sử dụng 1 lần không để stent lưu lại trong cơ thể quá 06 tháng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Túi 1 cái	Cái	452	
9	4	Sonde JJ 12 tháng các số	Ống xông niệu quản: chất liệu Carbothane hoặc tương đương, 2 đầu cong hình chữ j và mỏ, đường kính các cỡ 3F, 4F, 5F, 6F, 6.5F, 7F, 8F. Có chỉ rút. Dùng để đặt vào niệu quản dẫn lưu nước tiểu khi phẫu thuật nội soi sỏi thận, tán sỏi, mỏ nội soi sỏi thận. Lưu trong cơ thể lên tới 12 tháng. Mỗi sản phẩm được bảo quản trong túi 01 Nilon tiệt trùng, sử dụng 1 lần. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.		Cái	86	
10	5	Guide wire	Dây dẫn làm bằng thép không gỉ, phủ PTFE hoặc tương đương, Một đầu cứng một đầu linh hoạt; dạng đầu thẳng. Chiều dài 150cm, kích thước khoảng: 0,032"/0,035"/0,038". Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Túi 1 cái.	Túi 1 cái	Cái	200	
11	6	Rọ domani	Ống được làm bằng PTFE hoặc tương đương. Rọ và dây được làm bằng Nitinol hoặc tương đương. Rọ có hình dạng Helical, Tipless, Flatwire. Kích thước: 3/4Fr. Số dây của rọ: 4. Chiều dài: 70/90/120cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Túi 1 cái.	Túi 1 cái	Cái	100	

TT	TT theo phần	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
12	7	Tấm trải nilong	Thành phần chính: túi nilon PE hoặc PP, chống thấm nước Kích thước: 100x130cm Tiết trùng từng cái. Túi 1 cái	Túi 1 cái	Cái	4.000	
13	8	Tay dao mổ điện đơn cực dùng 1 lần	Tay dao mổ điện dùng 1 lần với lưỡi dao bằng thép không gỉ Ø2.4mm, lưỡi dao có thể tháo rời. Chiều dài điện cực : khoảng 70mm Chiều dài cáp: khoảng 3m Chiều dài tay cầm: khoảng 155mm Loại chân cắm: 3 chân tròn (3 x Ø4mm) Tiết trùng: Bằng khí EO	Túi 1 cái	Cái	900	
14	9	Lưỡi dao mổ số 11	Chất liệu : Thép không gỉ. Thiết kế cân đối, mềm dẻo, sắc bén, gắn vào cán dễ dàng. Thao tác thuận tiện; tương thích với cán dao bằng tay. Kích thước lưỡi dao số 11: chiều cao lưỡi: khoảng 5.3mm-6.2mm; độ dài lưỡi vác khoảng: 19-19.5mm, độ dài lưỡi khoảng: 39.1mm - 41.5mm. Tiết trùng bằng phương pháp chiếu xạ Gamma. Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.		Cái	3.000	
15	10	Lưỡi dao mổ số 15	Chất liệu : Thép không gỉ. Thiết kế cân đối, mềm dẻo, sắc bén, gắn vào cán dễ dàng. Thao tác thuận tiện; tương thích với cán dao bằng tay. Lưỡi dao số 15: chiều cao khoảng : 2.8mm-4.0mm, độ dài vác cong khoảng: 9.0mm-11.5mm; chiều dài lưỡi khoảng: 35.0-37.5mm. Tiết trùng bằng chiếu xạ Gamma. Đạt Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.		Cái	330	
16	11	Surgisel	Kích thước: 10cm x 20cm Vật liệu cầm máu Cellulose oxi hóa tái tổ hợp (Oxidized regenerated cellulose) dạng lưới mềm, nguồn gốc thực vật, cấu trúc liên kết mỏng nhẹ, dễ gấp và dễ cắt. pH thấp (2-4) giúp cầm máu nhanh và hiệu quả Tác dụng kháng khuẩn trên 99% các loại vi khuẩn, kể cả vi khuẩn kháng kháng sinh MRAS, VRE, MRSE, PRSP. Tự tiêu 7-14 ngày trong cơ thể. Vô trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.		Miếng	52	
17	12	Kẹp lưỡng cực (Tay dao mổ lưỡng cực)	Tổng chiều dài khoảng 19,1cm (7.5 in.). Đầu Tip 2mm, cách nhiệt		Cái	22	
18	13	Dây điện lưỡng cực dùng cho dao điện mổ mở	Dây điện lưỡng cực dùng cho dao điện mổ mở	Túi 1 cái	Cái	11	
19	14	Tấm mask dao điện	Kích cỡ tiếp diện: Khoảng 134 cm2 Gel tiếp xúc: Hydrogel. Vật liệu tiếp xúc: Aluminium Dùng cho bệnh nhân từ 15kg trở lên Thiết kế đơn cực. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.		Cái	660	
20	15	Bàn chải đánh tay phẫu thuật	Kích thước 4x10cm, đầu lông mềm. Đóng gói 1 cái/hộp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.		Cái	250	

TT	TT theo phần	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
21	16	Túi luồn camera	Chất liệu: Nhựa PE hoặc tương đương, trắng trong suốt Thông số kỹ thuật: Miệng bao được cố định bởi 2 vòng kép lồng vào nhau, đường kính từ 95-100mm, vòng ngoài có bề dày trung bình khoảng 1,5mm, vòng trong có bề dày khoảng 1.8mm. Phần bao nylon để luồn camera khi thao tác dài 2m, bề rộng bản khoảng 150mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Túi 1 cái	Cái	645	
22	17	Vòng đeo tay người bệnh	Chất liệu PVC hoặc tương đương, có các màu khác nhau, có chỗ ghi thông tin bệnh nhân bằng tiếng Việt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương		Cái	4.000	
		Tổng: 22 mặt hàng					

Mẫu số 01

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 1342 /YCBG-BVTH ngày 19 tháng 08 năm 2025 của Bệnh viện Thận Hà Nội)

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Thận Hà Nội

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Thận Hà Nội, chúng tôi... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]

Báo giá cho các mặt hàng sau:

STT	STT tại phụ lục kèm theo Yêu cầu báo giá	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Ký, mã nhãn hiệu, model	Mã HS	Hãng sản xuất	Xuất xứ (Quốc gia, vùng lãnh thổ)	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Quy cách đóng gói
		Phần 1: Vật tư tiêu hao dùng trong Thận nhân tạo											
1	1	Hàng hóa 1											
2	2	Hàng hóa 2											
...	..	...											
		Phần 2: Vật tư tiêu hao phòng mổ											
...	...	Hàng hóa 1											

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật;
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:.... ngày kể từ ngày..... thángnăm 2025;
3. Cung cấp hàng hóa tại Kho hóa chất, vật tư của Bệnh viện Thận Hà Nội, Số 70, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, TP. Hà Nội.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng làm nhiều đợt theo đơn đặt hàng của bệnh viện.
5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Đồng tiền thanh toán: VND.

- Thanh toán: Theo số lượng hàng xuất thực tế từng đợt cho Bệnh viện.

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản.
6. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

7. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]

....., ngày..... tháng..... năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

11/09/2011

Mẫu số 02

BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 134/L/YCBBG-BVTH ngày 19 tháng 08 năm 2025 của Bệnh viện Thận Hà Nội)

Tên công ty:

STT	STT tại phụ lục kèm theo Yêu cầu báo giá	Tên hàng hóa	Yêu cầu báo giá	Đáp ứng yêu cầu báo giá			Tài liệu tham chiếu (2)
				Ký, mã nhãn hiệu, model	Hãng, nước sản xuất	Thông số kỹ thuật (1)	
			Phần 1: Vật tư tiêu hao dùng trong thận nhân tạo				
1	1	Hàng hóa 1					
2	2	Hàng hóa 2					
							
			Phần 2: Vật tư tiêu hao phòng mổ				
....		Hàng hóa 1					
....		Hàng hóa 2					

- (1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá
- (2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá

