SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 3140 /BV-VTTTBYT V/v yêu cầu báo giá.	*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2023*

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện thành phố Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật tư thay thế năm 2023 - 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện thành phố Thủ Đức

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà Vương Thị Sinh Số điện thoại: 028 22444167

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).

- Nhận bản mềm qua email: *phongvtttb.bvtptd@gmail.com*

- Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị y tế (Phòng 105), Bệnh viện thành phố Thủ Đức – Số 14 Phú Châu, Phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

4. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: từ ngày 25 tháng 10 năm 2023 đến 17 giờ ngày 07 tháng 11 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư thay thế: Liên hệ theo thông tin người tiếp nhận chào giá hoặc tải danh mục tại website bệnh viện: *https://benhvienthuduc.vn*

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện thành phố Thủ Đức - Số 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

4. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu bên mời thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;

+ *Các thông tin khác (nếu có).*

Nơi nhận: - Các nhà thầu; - Lưu: VT, P.VTTTBYT, (S, 2b).	**KT. GIÁM ĐỐC** **PHÓ GIÁM ĐỐC** SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC **BS.CKII.Hoàng Văn Dũng**

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MỜI CHÀO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu chào giá số 3140/BV-VTTBYT ngày 25 tháng 10 năm 2023)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1.	Dụng cụ mở đường quay	- Có van cầm máu - Vỏ sheath có cấu trúc bện giúp chống xoắn gập - Dây dẫn tương thích 0.018" - Có kèm theo kim chọc mạch, có khóa 3 ngã - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F dài 7 cm - Bộ dụng cụ gồm: 01 sheath, 01 dilator, 01 dây dẫn mini, 01 kim chọc	1000	cái
2.	Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay có công nghệ thành siêu mỏng	- Bộ dụng cụ mở đường vào động mạch quay có công nghệ thành siêu mỏng làm giảm đi 1Fr đường kính ngoài của sheath mà vẫn giữ được kích cỡ đường kính trong như các sheath tương tự. - Chất liệu: Lớp vỏ bằng ETFE, phủ lớp hydrophilic M Coat. - Gồm: kim luồn chọc mạch cỡ: 20G x 51mm; 22G x 32mm, Mini guidewire plastic cỡ 0.025" x 45cm; - Đường kính 5F, 6F, 7F, dài 10cm hoặc 16cm	20	Cái
3.	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Novolimus	- Vật liệu khung giá đỡ: Cobalt Chromium - Phủ thuốc Novolimus - Phủ lớp Polymer Methacrylate - Thiết diện cắt ngang 0.041" - Hệ thống đẩy stent: chiều dài catheter 140 cm - Thiết diện đầu tip 0.017". - Đường kính: 2.25-> 4.0mm. Chiều dài các cỡ	50	Cái
4.	Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Novolimus với lớp phủ polymer tự tiêu	- Vật liệu khung giá đỡ: Cobalt Chromium. - Độ dày stent: 71 µm. - Thiết kế cấu trúc khớp mở - Phủ thuốc Novolimus - Có 2 lớp phủ Polymer tự tiêu - Thiết diện cắt ngang: 0.040" - Thiết diện đầu tip 0.017" - Đường kính: 2.25-> 4.0mm. Chiều dài: các cỡ	50	Cái
5.	Nẹp khóa đầu dưới xương quay (trái/phải) các cỡ	- Vật liệu nẹp bằng thép không gỉ. - Chiều dài 48mm ->53mm, đầu nẹp có 6 lỗ->7 lỗ khóa. - Ron vít bằng Titanium khóa bên trong lỗ nẹp -Vis tự khóa Titanium đường kính 2.5mm, dài 8-50mm - Vít vỏ xương Titanium đường kính 2.7, dài 10-40mm	Cái	50

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
6.	Dung dịch liệt tim túi	- Dung dịch dùng bảo quản mô, tạng, giác mạc, có tác dụng liệt tim. - Thể tích 1000ml	Túi	1000
7.	Dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da các cỡ	- Gồm 01 catheter có khóa , 01 trocar stylet; 01 kim chọc stylet và 01 spit straightener - Chất liệu: Polyurethane - Catheter làm bằng polyurethane dùng trong y học, có độ tương thích sinh học, độ cản quang, và không bị gập khúc, tăng độ đàn hồi.	Bộ	300
8.	Túi chứa dẫn lưu dịch, có thể kết nối với ống dẫn lưu mật ra da	- Gồm 01 túi dùng chứa dịch. - Kích cỡ: 800ml - Chất liệu: PVC Dùng chứa dịch dẫn lưu - Đóng gói tiệt trùng riêng biệt từng túi.	Túi	300

BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

BS.CKII.Hoàng Văn Dũng