

Số: 15 /TM-BVT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam


Bệnh viện Tim Hà Nội có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm Kim chọc vách liên nhĩ thuộc dự toán mua sắm hoá chất, vật tư tiêu hao năm 2025 của Bệnh viện Tim Hà Nội với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tim Hà Nội. (Địa chỉ: 92 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội).
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Đức Giang – SĐT: 0915530003.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, tầng 4, nhà B, Bệnh viện Tim Hà Nội.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 07 tháng 01 năm 2026 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 16 tháng 01 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế: (Danh mục hàng hoá chi tiết kèm theo).
 - Địa điểm cung cấp hàng hoá:
 - Cơ sở 1: kho VTTBYT, số 92 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
 - Cơ sở 2: kho VTTBYT, số 695 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
 - Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I năm 2026 (tùy theo thời gian Hợp đồng ký kết).
- Kính đề nghị Quý đơn vị quan tâm, gửi báo giá kèm Thư mời này đến Bệnh viện Tim Hà Nội.

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website BV Tim HN;
- Lưu: VT, VTTBYT (Giang)





GIÁM ĐỐC


Nguyễn Sinh Hiền

MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số 15 /TM-BVT ngày 06 tháng 01 năm 2026 Bệnh viện Tim Hà Nội)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Tim Hà Nội

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Tim Hà Nội (Thư mời báo giá số 15 /TM-BVT ngày 06 tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện Tim Hà Nội), chúng tôi... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hoá chất/vật tư y tế như sau:

1. Báo giá cho các vật tư y tế và các dịch vụ liên quan:

TT	Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật/ thành phần	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Quy cách đóng gói	Tên thương mại	Hãng/Nước sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1														
2														
n														

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các hoá chất/vật tư y tế).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: __ ngày, kể từ ngày __ tháng __ năm __ [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày __ tháng __ năm __ [ghi ngày..tháng..năm.. kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hoá chất/vật tư y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.... năm...

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)



DANH MỤC GÓI THẦU MUA SẮM KIM CHỌC VÁCH LIÊN NHĨ

(Kèm theo Thư mời báo giá số: 15 /TM-BVT ngày 06 tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện Tim Hà Nội)

STT	Tên vật tư	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Xuất xứ
1	Kim chọc vách liên nhĩ	<ul style="list-style-type: none">- Kim chọc vách liên nhĩ, gồm kim chọc vách và stylet bằng thép không gỉ.- Kim chọc vách: Góc xiên 50 độ. Chiều dài tối đa 98 cm. Kích thước ≤ 18 ga.- Stylet: mỏng, đường kính đầu xa của stylet ≤ 0.35 mm- Có chứng nhận FDA hoặc CE	Cái	222	Châu Âu
Tổng cộng: 01 mặt hàng					

